

## 質問書に対する回答書

令和5年3月9日

物件番号 : 西はりま第18号

物件名 : AED(自動体外式除細動器)賃貸借

1	(質問内容) 仕様書1 「日本光電製 カルジオライフ本体セット(中略)ケース等附属品含む」とあるが、ケースはAED本体、予備電極パッド、レスキューキットを収納する当社製キャリングケースでもよいか。
	(回答内容) 可とします。
2	(質問内容) 仕様書1 電極パッドは3組とあるが、AED使用時は当社に連絡があれば新しいパッドを発送するので、新規在庫時、定期交換時とも2組を送付する運用でよいか。
	(回答内容) 電極パッドは常時3組ある状態で運用するため納品時は3組、交換時は使用後の状況により交換する電極パッド組数変動すると想定しています。
3	(質問内容) 仕様書7(1) 消耗品の交換手配について、新しい消耗品はAED設置先に送付し消防組合で交換、使用済消耗品は同梱の着払い伝票で返送する運用でよいか。
	(回答内容) 可とします。
4	(質問内容) 仕様書7(2) 納入後の機器取扱いの説明及び指導について、胸骨圧迫・人工呼吸の手順を図示した簡易説明書、その他取扱説明書を同梱し取扱説明のYouTube動画を用意しているため、現地対応不要でよいか。 現地対応が必要な場合は、AED本体を展示し、取扱説明書により具体的に使用方法・心肺蘇生法を説明することでよいか。
	(回答内容) 取扱説明書、動画での対応を可としますが、質疑等があれば対応願います。

5	<p>(質問内容) 仕様書 8 (3)  AED 賃貸借について、リース会社を介さずに直接当社が賃借する賃貸借契約としてよいか。</p> <p>(回答内容)  可とします。</p>
6	<p>(質問内容) 仕様書 8 (4)  リモート監視システムサービスについては、日本光電工業(株)のリモート監視システムを利用して 1 日 1 回 AED 自己診断結果を当社が受信して消耗品交換時期等を確認し、異常時は当社から指定連絡先に報告して異常内容を消防組合に確認してもらう運用が必須であるということか。  また、AED 稼働状況 (AED 本体の故障、パット使用期限、バッテリー残量) のレポート提出は必要か。その場合、提出頻度は「毎月」、「隔月」、「年 1 回」のいずれになるか。  なお、設置場所の電波状況が悪い場合は通信状況が改善する場所を検討し、改善が難しい場合は別途協議ということによいか。</p> <p>(回答内容)  リモート監視システムサービスについて、質問内容のとおり異常時は電話連絡。またレポートは毎月メール提出とします。なお、設置場所は消防車両のキャビン想定しており、事前にキャビン内であれば支障がない旨を確認しています。その他は別途協議とします。</p>