

質問書に対する回答書

令和7年6月2日

物件番号 : 西はりま第10号

物件名 : 救急自動車購入

1	(質問内容) P3 第5章 車両 1 概要 (14) イ 空気式を使用し、電源を使用しないこと。⇒弊社の防振架台は、防水対応を施した空気式、もしくはスプリング&ダンパー式の赤尾製のいずれかになります。 空気式は電源は使いますが水洗いは可能です。こちらでよろしいでしょうか。
	(回答内容) 防水対応が施されているのであれば問題ありません。
2	(質問内容) P8 4 内装 (2) 傷病者室内 ヒ メインストレッチャーはファerno社製のモンディアルを搭載致しますが、静電気帯電防止策はストレッチャー側で施されているもののことでしょうか。
	(回答内容) お見込みのとおり。
3	(質問内容) P8 4 内装 (2) 傷病者室内 ラ 非接触型静脈可視化装置固定器具を取り付けること。⇒車両は汎用のメディカルポールのご用意のみでよろしいでしょうか。
	(回答内容) お見込みのとおり。 なお、別表の AccuVein 用クランプが取り付けられる汎用メディカルポールとします。
4	(質問内容) P8 4 内装 (2) 傷病者室内 リ 助手席後部に下部 AVM ユニット収納庫を有するサブストレッチャー収納庫を取り付け、～とありますが、弊社車両は助手席後部は消火器取付位置となっており、AVM 収納庫はありません。AVM ユニットの取付位置等、別途調整とさせて頂いてもよろしいでしょうか。
	(回答内容) 別途調整可能。ただし、活動に支障ない位置とします。

5	(質問内容) 別表 別表に記載されている車両仕様の名称・規格・型式等が全て、トヨタ自動車様の仕様で記載されているようですが、これらは同等品での対応となりますがよろしいでしょうか。
	(回答内容) 仕様書のとおり、同等品可とします。